＜体内金属についての詳細＞

- ・体内インプラント(医療器具または、偶発事象により体内に入った金属)がある場合は予約前にMRI対応可能かの安全確認をお済ませください。
- ・MRI対応可能かの確認は施行医療機関にお願いします。
- ・体内インプラントに関する手帳やカードがある場合は、事前のFAXと当日の持参をお願いします。

●下記に該当する場合は当院では検査実施できません

心臓ペースメーカー・体内自動除細動器(ICD・CRT-D) (学会が定める施設基準、実施条件によりMRI対応機種であっても、当クリニックでは検査実施できません)
人工内耳
電子機器を使用した体内装置
2005年以前に手術されたステントグラフト(人工血管) (MRI未対応もしくは対応確認がとれないもの・留置後2ヶ月未満のもの)
2006年以前に手術された脳動脈クリップ (MRI未対応もしくは対応確認がとれないもの)
留置後2ヶ月未満のステント・下大静脈フィルター・心臓人工弁(機械弁及び生体弁)
スワングアンツカテーテル
頸動脈クランプ(Poppen-Blaylock 製)
前十靱帯再建術時挿入の prefix interence screw
金属製避妊器具(素材の確認がとれないもの含む)
磁石式人工肛門
ティッシュエクspander
美容整形術による金属糸
偶発的、事故等で挿入された眼・脳・内臓にある不明金属

●検査後当日中に医療機関で調整いただくことで検査可能です

可変バルブ式の脳シャントチューブ (検査後にバルブ調整が必要です。当クリニックではバルブの調整は行えません。検査後にバルブ調整をしていただける方のみ検査をお受けできます)
--

●付属物で下記に該当する場合は、事前に取り外しいただけると検査可能です

(取り外しに関して、主治医への確認が必要なものはあらかじめご相談ください)

持続血糖測定器
ホルター心電図
カプセル内視鏡
尿道カテーテルで磁石式のキャップ(DIBキャップ)
歯科用磁性体アタッチメント
経皮吸収貼付薬(ニトロダーム・ニコチネル・湿布等)
頭髮に使用する一時染毛料(増毛パウダー・ヘアマスカラ・ヘアスプレー等) (含有する成分が装置へ吸着し、画像への影響や装置が故障する可能性があります)
ジェルネイル・マグネットネイル等のネイルアート (やけどや発熱の可能性がありますが)

●下記に該当する場合は手帳(カード)に記載の条件で検査可能です

手帳(カード)の事前 FAX と当日の持参をお願いします

緑内障インプラント
埋め込み型心電計(ICM)
オクルーダー(心臓欠損部閉鎖栓)

●下記のものは MRI 検査可能です

挿入部と検査目的部位が重なる場合、画像の歪みについてはご了承ください

挿入部位	名称
骨 関節	骨や脊椎への固定金属
	人工関節・人工骨頭
脳 頭部	脳動脈コイル
	圧固定式の脳室シャントチューブ
	脳外科用手術素材(骨固定用ワイヤー,縫合素材,プレート)
胸部	胸骨ワイヤー
血管	非金属製のステント(胆管ステント等)
腹部	胆のうクリップで挿入後 2 か月を経過したもの
	ストーマ・ウロストミー(ただし DIB キャップ使用の場合は事前に付け替えが必要となります)
	大腸ファイバーでのマーカークリップ
乳房	マンモトームでのマーカークリップ
下腹部	子宮内避妊具(避妊リング)で MRI 対応のもの(ミレーナ・FD-1・ノバ T380 等)
	樹脂・プラスチック製の直腸・子宮脱予防リング
	前立腺がん治療用の小線源
	人工ペニス
その他	CVI,IVH(中心静脈カテーテル)
	ポート・CV ポート・動注ポート

※ご不明な点がございましたら、当クリニック(075-823-3000)までお問合せください。